



U.O. PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
E-mail - garecontratti@aspvv.it

Oggetto: Procedura negoziata tramite piattaforma MEPA per l'acquisto di Colonna video per Endoscopia del Servizio di Endoscopia digestiva del Centro Unico Aziendale presso il P.O. di Tropea.

CONDIZIONI DI FORNITURA

Questa A.S.P. intende procedere, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs 50/2016 nonché dell'art. 36 - comma 2 – lett. a) del D.Lgs n° 50/2016 e smi e della disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della Legge n. 120 del 2020, come sostituita dall'art. 51 della Legge n.108 del 2021, all'affidamento della fornitura di seguito indicata:

N. 1 Sistema di Videoendoscopi a per lo screening del C.C.R. ASP V.V., con le seguenti caratteristiche:

Videoprocessore

- Videoprocessore digitale top di gamma e di ultima generazione in grado di trasmettere un segnale Full-HD;
- Dotato di Sistema di Enfattizzazione dei Tessuti / Cromoendoscopia Virtuale tramite il quale è possibile risaltare la vascolarizzazione ed il pattern della mucosa;
- Gestione avanzata dell'immagine (freeze, zoom, enfattizzazione, regolazione del colore,...);
- Riconoscimento automatico degli endoscopi (modello e numero di serie);
- Dotato di ingressi/uscite video analogiche e digitali (HD-SDI, DVI, Composito, S-Video) in numero sufficiente;
- Controllo elettronico del diaframma e dell'esposizione;
- Dotato di ingresso video che permetta il picture in picture con sorgente video esterna.

Fonte Luce

- Lampada primaria allo Xenon da 300W (o equivalente) con durata di almeno 500 ore o, alternativamente, uso di tecnologia a LED con caratteristiche equivalenti o superiori;
- Regolazione automatica e manuale dell'intensità luminosa;
- Almeno 3 livelli di insufflazione della pompa

Modulo Intelligenza Artificiale

Comprensivo di Software per il supporto alla diagnosi precoce dei polipi del colon - detection e caratterizzazione IN REAL TIME.

Monitor Medica

- 27" LCD RADIANS;
- Dotato di Ingressi digitali DVI e HD-SDI;
- Menu di controllo touch.

Carrello

- Dotato di 3 ripiani;
- Trasformatore medicale di almeno 2000VA;
- Asta porta endoscopi;
- Braccio supporto monitor orientabile alto/basso e destra/sinistra (2 snodi);
- Almeno 2 ruote con freno;
- Almeno un cassetto;
- Cassettino porta-tastiera a scorrimento frontale;
- Porta/e di chiusura posteriore

Pompa Lavaggio

- Pompa peristaltica per uso in endoscopia flessibile ad elevata portata di flusso.

Insufflatore di CO2

- Diversi livelli di insufflazione (almeno 3);
- Possibilità di modificare il flusso senza cambiare il tubo.

VIDEOGASTROSCOPIO Standard ad alta definizione

- VideogastroscoPIO diagnostico ad alta definizione;
- Distanza focale: 2-100mm;
- Lunghezza utile di lavoro: 1.100 mm;
- Diametro esterno della sonda non superiore a 9.5mm;
- Canale Operativo pari a 2,8mm;
- Angolo di Visione 140°;
- Angolazioni Alto/Basso - Destra/Sinistra: almeno 210°/90° - 100°/100°;
- Dotato di Sistema di Cromoendoscopia;
- Dotato di canale di lavaggio ausiliario;
- Maggiore lunghezza operativa;
- Dotato di connettore unico;
- Connettore a videoprocessore/fonte di luce privo di pin scoperti, al fine di evitare l'ossidazione dei contatti ed una maggiore durata dello strumento.

VIDEOLONSCOPIO Standard ad alta definizione lungo

- VideocolonscoPIO diagnostico ad alta definizione;
- Distanza focale: 2-100mm;
- Angolo di Visione 140°;
- Lunghezza superiore a 1.500mm;
- Diametro distale della sonda non superiore a 13.2mm;
- Canale operativo da almeno 3,7mm;
- Dotato di canale di lavaggio ausiliario;
- Angolazioni Alto/Basso -Destra/Sinistra: almeno 180°/180° - 160°/160°;



- Tubo di inserzione con flessibilità progressiva o sistema equivalente;
- Dotato di Sistema di Cromoendoscopia;
- Lunghezza dello strumento intorno a 1.500mm;
- Diametro esterno più contenuto;
- Angolo di visione più ampio;
- Dotato di connettore unico;
- Connettore a videoprocessore/fonte di luce privo di pin scoperti, al fine di evitare l'ossidazione dei contatti.

Tale Sistema dovrà inoltre possedere:

- Un sistema di archiviazioni immagini e video;
- La stampa di immagini esame paziente;
- Un programma di refertazione ed archiviazione.

Importo base d'asta: € **150.000,00 Iva esclusa**

CIG: 98607357F0

Codice Univoco Ufficio: **UFZONQ**

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.

1. Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445\2000, a firma del legale rappresentante, redatta come da fac simile allegato (è preferibile utilizzare il modello allegato);
2. Copia del presente documento sottoscritto digitalmente per accettazione;
3. Documento di riconoscimento del Legale Rappresentante;
4. DGUE;
5. Dichiarazione che i prezzi offerti rientrano nella media delle quotazioni praticate da codesta ditta a livello nazionale per aziende di pari dimensioni;
6. PASSOE;
7. Modulo opzione cauzione con sconto;
8. Schede tecniche, depliant illustrativi e certificazioni;
9. Offerta economica dettagliata riportante i codici e le descrizioni dei materiali richiesti;
10. Offerta economica da sistema;

Il prezzo offerto si intende comprensivo di tutte le spese, nessuna esclusa ad eccezione dell'IVA. che, come per legge resta a carico di questa ASP;

BOLLO

La ditta in sede di stipula contrattuale da sistema dovrà produrre bollo di € 16,00 in modalità marca ovvero pagamento telematico.



PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'ANAC

L'importo del contributo ANAC per l'Operatore economico ammonta a € 20,00. La ricevuta di pagamento dovrà essere allegata all'offerta. Qualora non venisse allegata, l'ASP attiverà la procedura di soccorso istruttorio da concludersi in due giorni lavorativi entro i quali l'Operatore economico potrà inviare un documento comprovante l'avvenuto pagamento in data antecedente la scadenza per la presentazione delle offerte. In caso di mancato invio entro i termini per il soccorso istruttorio o di pagamento in data successiva alla scadenza per la presentazione delle offerte, l'Operatore economico sarà escluso dalla procedura.

CONDIZIONI PARTICOLARI

GARANZIA – MANUTENZIONE E ASSISTENZA

L'apparecchiatura offerta e i dispositivi accessori devono essere garantiti per almeno 24 mesi a partire dalla data del collaudo positivo, per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), per buon funzionamento (art. 1512 c.c.).

Durante tale periodo il Fornitore assicura, gratuitamente, mediante propri tecnici specializzati il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento del prodotto fornito, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, in caso di cattivo o mancato funzionamento, la sostituzione dell'apparecchiatura, senza bisogno di provare il vizio o difetto di qualità.

Il Fornitore sarà esonerato da ogni responsabilità solo nel caso in cui dimostri che la mancanza di buon funzionamento sia imputabile all'Azienda.

Il Fornitore, per i primi 24 mesi, a partire dalla data del collaudo positivo dovrà fornire i servizi di assistenza e manutenzione full risk sull'apparecchiatura e i dispositivi accessori ordinati. Il costo dei servizi di assistenza e manutenzione full risk per il primo periodo di 24 mesi, è incluso nel prezzo di acquisto delle apparecchiature e dei dispositivi accessori.

Sono comprese nel servizio la riparazione e la sostituzione dell'apparecchiatura in tutte le sue componenti comprensiva degli accessori, dei materiali di consumo soggetti ad usura con la sola esclusione del materiale di consumo necessario all'ordinario utilizzo (materiale monouso).

Il Fornitore dovrà garantire quindi:

- la sostituzione di qualsiasi parte necessaria a mantenere in perfetta efficienza l'apparecchiatura e i dispositivi accessori, garantendo un servizio tecnico di assistenza e manutenzione per i difetti di costruzione e per i guasti dovuti all'utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo;
- il medesimo livello qualitativo dell'apparecchiatura, come accertato all'atto del collaudo; in caso di decadimento delle prestazioni di uno o più componenti, esplicitato dall'utilizzatore, non risolvibile con normali interventi di manutenzione, il Fornitore



provvederà a sostituire tali componenti con attrezzature nuove identiche o migliori rispetto alla fornitura originale.

Resta inteso che per qualsiasi congegno, parte o elemento meccanico, elettrico e elettronico che presenti rotture o logorii o che comunque diminuisca il rendimento dell'apparecchiatura, il Fornitore dovrà eseguire le dovute riparazioni e/o sostituzioni con materiali di ricambio originali e nuovi di fabbrica e di caratteristiche tecniche identiche o superiori a quelli sostituiti.

Le parti sostituite verranno ritirate dal Fornitore che ne assicurerà il trattamento in conformità alle norme vigenti, senza alcun onere aggiuntivo per il Committente.

Tale manutenzione sarà effettuata nel rispetto delle modalità, frequenza e condizioni stabilite nel manuale relativo all'apparecchiatura e ai dispositivi accessori. Inoltre gli interventi di assistenza e manutenzione full risk dovranno essere concordati dal Fornitore con il personale sanitario utilizzatore dell'attrezzatura.

FORNITURA PARTI DI RICAMBIO

Tutte le parti di ricambio dovranno essere originali. Il Fornitore deve garantire all'Azienda la loro reperibilità e fornitura per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data di accettazione della fornitura.

Per quanto non espressamente previsto dalle suddette condizioni si rimanda alla normativa vigente in materia.

AGGIUDICAZIONE – RISERVE

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.lgs 50/2016, previa acquisizione di parere tecnico di conformità delle offerte presentate.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza d'una sola offerta valida.

L'A.S.P. di Vibo Valentia si riserva la facoltà di procedere ad aggiudicazioni parziali e/o di non procedere ad alcuna aggiudicazione nonché di sospendere e/o revocare la procedura di gara in qualsiasi fase essa si trovi, qualora dovessero mutare le esigenze aziendali o dovessero intervenire specifiche disposizioni regionali in materia di approvvigionamenti e/o dovessero intervenire direttive o nulla osta negativi da parte di Organi superiori in merito alla fornitura di cui trattasi.

L'A.S.P. si riserva altresì di richiedere alla ditta eventuale ulteriore documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di Legge.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. In alternativa le verifiche possono essere eseguite tramite AVCPass., tramite inserimento del PassOE che l'Operatore economico dovrà allegare all'offerta a pena di esclusione, salvo procedura di soccorso istruttorio per come disciplinata nell'apposito paragrafo.



PAGAMENTO – PENALI

Il pagamento sarà effettuato, dopo regolare verifica entro i termini previsti dalla normativa in materia, decorrenti dalla data di presentazione di fattura (CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFZONQ).

La liquidazione della fattura potrà essere sospesa nel caso di contestazioni o reclami da parte dell’A.S.P. In tal caso si interrompe la decorrenza del termine di legge e la liquidazione sarà disposta successivamente alla intervenuta positiva definizione della contestazione.

Nel caso di ritardata e/o mancata consegna, oltre ad una penale giornaliera di cui all’art. 113 bis - del D.Lgs 50/2016, si procederà con esecuzione in danno.

E’ prevista inoltre l’esibizione a cura della Ditta, di bolla di consegna controfirmata e relativo collaudo, senza i quali non si potrà procedere alla liquidazione.

DATI PERSONALI – TRACCIABILITA’

La ditta con la presentazione dell’offerta consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge per le esigenze concorsuali.

La ditta con la sottoscrizione del presente documento assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136\2010 e s.m.i.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Salvo quanto previsto dalle Condizioni di fornitura, sottoscritte per accettazione dai contraenti, con riguardo alle condizioni applicabili in caso di inottemperanza alla documentazione da produrre in gara, l’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione, incompletezza o irregolarità di cui alla “dichiarazione sostitutiva di partecipazione”, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Salvo quanto diversamente previsto dalle Condizioni di fornitura, per i casi specifici, ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.



Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

RINVI

Per quanto non espressamente previsto si rinvia al D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i. in tema di contratti pubblici relativi a lavori, forniture e servizi, al Codice Civile e a tutta la restante normativa emanata dalla Stato e dalla Regione Calabria in materia di contabilità, contratti, rapporti di lavoro, previdenza e assicurazioni.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.lgs 50/2016, il responsabile del procedimento è il Dr. Danilo Ciancio Dirigente Amministrativo dell'U.O. Provveditorato Economato e Gestione Logistica.

L'Azienda Appaltante si riserva di comunicare il Direttore dell'Esecutore del Contratto (D.E.C.) una volta espletata la procedura di gara.

Il presente documento dovrà essere sottoscritto digitalmente per accettazione dalla ditta concorrente, pena l'esclusione.