

RICHIESTE CHIARIMENTI

Rdo Mepa per la procedura negoziata tramite piattaforma MEPA per l'acquisto del Sistema Radiologico composto da un portatile radiologico Arco a C.
CIG: A016AC0A9C

- Si chiede di chiarire se le specifiche tecniche dettagliate nel CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO siano da considerarsi di minima (pena esclusione) oppure indicative.
Si chiede anche se per le stesse valga, come da normativa, la possibilità di dimostrare eventuale equivalenza.

Risposta:

Si conferma che, come da normativa vigente, la Società concorrente può presentare un bene anche non conforme alle specifiche riportate purchè funzionalmente equivalente dal punto di vista dell'impiego. (vedi capitolato).

- "Indice di compattezza del blocco detettore, inteso come rapporto tra area della matrice attiva e area di ingombro della scocca detettore $\leq 0,40$ " presente all'interno del documento "CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO" al capitolo "Struttura, dimensioni e movimentazione dello stativo" sia affetta da errore in quanto un indice di compattezza definito come da Voi espresso avvantaggi un sistema nel quale vi sia un ingombro della scocca del detettore di molto superiore all'area attiva del pannello. Infatti per ottenere un indice che tenda a zero è necessario che il denominatore, rappresentato in questo caso dall'ingombro della scocca del detettore, sia il più grande possibile rispetto al numeratore, cioè rispetto all'area attiva della matrice.

Un indice così definito inficerebbe sulla possibilità di avere un detettore il più compatto e maneggevole possibile.

Pertanto siamo a richiedervi se la voce sopracitata non sia da intendersi:

"Indice di compattezza del blocco detettore, inteso come rapporto tra area della matrice attiva e area di ingombro della scocca detettore $\geq 0,40$ " in quanto in tal caso verrebbero avvantaggiati sistemi i quali abbiano una scocca del detettore il più piccola possibile rispetto all'area della matrice attiva garantendo così un ingombro del pannello detettore il più piccolo possibile.

Risposta:

si conferma quanto da Voi indicato.

- Si chiede conferma che per il bando in oggetto NON sia necessario presentare la cauzione provvisoria, ma sia richiesta la sola compilazione del ModuloOpzioneCauzione con sconto.

Risposta:

è necessaria la compilazione del Modulo Opzione Cauzione con sconto, inteso come successivo impegno.

Vibo Valentia 15/05/2023

Il Rup
Dott. Danilo Ciancio