

RICHIESTE CHIARIMENTI

*Rdo n. 3778236 – Trattativa diretta Mepa per l'acquisto di un frigocongelatore combinato
CIG: Z663CBC7C*

Richiesta:

Il modello Vision 400 2T non è destinato alla conservazione di sangue e plasma per la reintroduzione nel corpo umano.

Se vi serve un frigocongelatore per questo scopo, dobbiamo offrire il modello Plasma-Vision 400 2T Touch DMD0402, certificato come Dispositivo Medico e con prezzo più alto.

Rimaniamo in attesa di Vs precisazioni.

Cordiali saluti

FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.R.L.

Risposta:

Spett.le Azienda,

il Sanitario richiedente ha esaminato la documentazione tecnica ed ha ritenuto il Frigocongelatore Vision 400 2T, di cui al Vs. preventivo di offerta n. 3039-23, comunque conforme all'uso ed alle necessità dell'U.O. richiedente, pertanto, si informa che procederemo a modificare le condizioni di fornitura inizialmente predisposte adeguandole al modello di frigocongelatore ritenuto conforme.

Cordiali saluti

Vibo Valentia 10/10/2023

Il Rup
Dott. Danilo Ciancio