

OGGETTO: Procedura aperta ex art. 70 Co. 1 D.lgs 36/2023 tramite piattaforma MEPA per la fornitura di un Laser terapia ad alta potenza da destinarsi alla Struttura di Riabilitazione Motoria e Neuromotoria.

CONDIZIONI DI FORNITURA

Questa A.S.P. intende procedere, ai sensi dell'art. 70 Co. 1 del D.Lgs 36/2023, alla fornitura di un Laser terapia ad alta potenza da destinarsi alla Struttura di Riabilitazione Motoria e Neuromotoria, aventi i seguenti **requisiti minimi**:

- Classe della sorgente laser IR (en 60825-1):4;
- Lunghezza d'onda: 905nm;
- Potenza di uscita manipolo 1200 Watt;
- Energia di impulso alla sorgente: 27.5 Uj;
- Durata impulso: 100 ns;
- Potenza media massima alla sorgente: 5,6 Watt;
- Distanza nominale di rischio oculare (DNRO): 3 m;
- Lente manipolo: diametro 20 mm (con trattamento antiriflesso – AR per i 905 nm);
- Divergenza del fascio in uscita: 400 mrad;
- Diametro del fascio di luce IR all'uscita: 17 mm;
- Tensione e frequenza di alimentazione: 230 Vac, 50 Hz;
- Dotata di fusibili di protezione;
- Grado di protezione minimo della macchina: IP 20;
- Display a colori.

Deve essere dotato di sistema di trasmissione ottico protetto di guaina in PVC costituito da 2 fibre ottiche in quarzo (per fasci IR) ed un fascio di fibra ottica in poli-metil.-meta-acrilato per la trasmissione del fascio della luce guida rossa. Tale conformazione dovrà garantire la coassialità dei tre fasci ottici emanati. Essere alimentato dalla corrente della comune rete elettrica e protetto contro le improvvise interruzioni di corrente. Nr. 2 set di protezione per gli occhi (occhiali protettivi) certificati per lo spettro di emissione; Nr.1 distanziale da 30 mm di diametro; Nr.1 distanziale da 50 mm di diametro; Nr.1 pedali per il controllo remoto dell'emissione laser.

- Completo di ogni accessorio necessario per il normale e corretto utilizzo;
- Parti oggetto di manutenzione periodica e pulizia facilmente accessibili;
- Facilità e ergonomia d'uso con particolare riguardo alle operazioni di pulizia e sanificazione di tutte le parti;

- Marcatura CE come dispositivo medico secondo la Direttiva 93/42 o Regolamento 2017/745 ai sensi della Normativa Vigente, con indicato l'eventuale numero identificativo dell'organismo notificato che l'ha rilasciata.

QUALORA LA DESCRIZIONE DELL'ATTREZZATURA DOVESSE INDIVIDUARE UNA FABBRICAZIONE O PROVENIENZA DETERMINATA O UN PROCEDIMENTO PARTICOLARE, UN MARCHIO O BREVETTO DETERMINATO, UN TIPO O ORIGINE O UNA PRODUZIONE SPECIFICA CHE AVREBBERO COME EFFETTO QUELLO DI FAVORIRE O ELIMINARE TALUNE IMPRESE O PRODOTTI, DETTA INDICAZIONE DEVE INTENDERSI INTEGRATA CON LA MENZIONE "O EQUIVALENTE".

PERTANTO LA SOCIETA' CONCORRENTE POTRA' PRESENTARE UN BENE ANCHE NON CONFORME ALLE SPECIFICHE RIPORTATE PURCHE' FUNZIONALMENTE EQUIVALENTE DAL PUNTO DI VISTA DELL'IMPEGO ED E' OBBLIGATA A SEGNALARLO CON SEPARATA DICHIARAZIONE DA ALLEGARE ALLE RELATIVE SCHEDE TECNICHE. IN TAL CASO L'IMPRESA CONCORRENTE DOVRA' PROVARE CON QUALSIAISI MEZZO APPROPRIATO CHE LE SOLUZIONI PROPOSTE OTTEPERANO IN MANIERA EQUIVALENTE AI REQUISITI DEFINITI NELLE SPECIFICHE TECNICHE.

LA DOCUMENTAZIONE TECNICA CON RELATIVA CERTIFICAZIONE CE DOVRA' NECESSARIAMENTE ESSERE IN LINGUA ITALIANA ED IN ORIGINALE DELLA SOCIETA' PRODUTTRICE.

Si considera inclusa nel prezzo offerto, pena esclusione dalla procedura di valutazione, la fornitura di tutte le eventuali "Chiavi" hardware e software necessarie ad effettuare la manutenzione e calibrazione periodica completa del sistema e la diagnosi /troubleshooting completa del sistema in caso di guasto. Ciò vale anche per eventuali componenti/moduli integrati nel sistema master.

Il sistema non dovrà presentare alcun genere di restrizione/blocco all'esecuzione e/o registrazione delle manutenzioni e delle calibrazioni previste. Nel caso in cui fosse necessario l'uso di password o dispositivi hardware (ad es. dongle) per l'accesso al Service Mode, al log error, alla diagnostica di guasto del sistema, al registro di reset della manutenzione (e in generale a qualsiasi profilo necessario a valutare lo stato di funzionamento del dispositivo ed ad effettuare attività manutentive sullo stesso), il fornitore pena esclusione dalla presente procedura, dovrà fornire all'atto del collaudo tali mezzi e informazioni senza alcuna restrizione e senza oneri per la scrivente.

CONDIZIONI PARTICOLARI

GARANZIA – MANUTENZIONE E ASSISTENZA

L'apparecchiatura offerta e i dispositivi accessori devono essere garantiti per almeno 24 mesi a partire dalla data del collaudo positivo, per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per

mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), per buon funzionamento (art. 1512 c.c.).

Durante tale periodo il Fornitore assicura, gratuitamente, mediante propri tecnici specializzati il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento del prodotto fornito, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, in caso di cattivo o mancato funzionamento, la sostituzione dell'apparecchiatura, senza bisogno di provare il vizio o difetto di qualità.

Il Fornitore sarà esonerato da ogni responsabilità solo nel caso in cui dimostri che la mancanza di buon funzionamento sia imputabile all'Azienda.

Il Fornitore, per i primi 24 mesi, a partire dalla data del collaudo positivo dovrà fornire i servizi di assistenza e manutenzione full risk sull'apparecchiatura e i dispositivi accessori ordinati. Il costo dei servizi di assistenza e manutenzione full risk per il primo periodo di 24 mesi, è incluso nel prezzo di acquisto delle apparecchiature e dei dispositivi accessori.

Sono comprese nel servizio la riparazione e la sostituzione dell'apparecchiatura in tutte le sue componenti comprensiva degli accessori, dei materiali di consumo soggetti ad usura con la sola esclusione del materiale di consumo necessario all'ordinario utilizzo (materiale monouso).

Il Fornitore dovrà garantire quindi:

- la sostituzione di qualsiasi parte necessaria a mantenere in perfetta efficienza l'apparecchiatura e i dispositivi accessori, garantendo un servizio tecnico di assistenza e manutenzione per i difetti di costruzione e per i guasti dovuti all'utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo;
- il medesimo livello qualitativo dell'apparecchiatura, come accertato all'atto del collaudo; in caso di decadimento delle prestazioni di uno o più componenti, esplicitato dall'utilizzatore, non risolvibile con normali interventi di manutenzione, il Fornitore provvederà a sostituire tali componenti con attrezzature nuove identiche o migliori rispetto alla fornitura originale.

Resta inteso che per qualsiasi congegno, parte o elemento meccanico, elettrico e elettronico che presenti rotture o logorii o che comunque diminuisca il rendimento dell'apparecchiatura, il Fornitore dovrà eseguire le dovute riparazioni e/o sostituzioni con materiali di ricambio originali e nuovi di fabbrica e di caratteristiche tecniche identiche o superiori a quelli sostituiti.

Le parti sostituite verranno ritirate dal Fornitore che ne assicurerà il trattamento in conformità alle norme vigenti, senza alcun onere aggiuntivo per il Committente.

Tale manutenzione sarà effettuata nel rispetto delle modalità, frequenza e condizioni stabilite nel manuale relativo all'apparecchiatura e ai dispositivi accessori. Inoltre gli interventi di assistenza

e manutenzione full risk dovranno essere concordati dal Fornitore con il personale sanitario utilizzatore dell'attrezzatura.

FORNITURA PARTI DI RICAMBIO

Tutte le parti di ricambio dovranno essere originali. Il Fornitore deve garantire all'Azienda la loro reperibilità e fornitura per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data di accettazione della fornitura.

Per quanto non espressamente previsto dalle suddette condizioni si rimanda alla normativa vigente in materia.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

- 1) Copia del presente documento sottoscritto digitalmente per accettazione;
- 2) Domanda e modello semplificato per le dichiarazioni per la partecipazione, a firma del legale rappresentante, redatta come da facsimile allegato (*è preferibile utilizzare il **modello allegato***);
- 3) Dichiarazione che i prezzi offerti rientrano nella media delle quotazioni praticate da codesta ditta a livello nazionale per aziende di pari dimensioni;
- 4) **Deplianti illustrativi e schede tecniche dell'apparecchiatura offerta** (*Tale documentazione dovrà essere sufficiente a consentire la valutazione tecnica di conformità dell'apparecchiatura offerta*).
- 5) Offerta Economica con quotazioni, necessaria a consentire una rapida individuazione dell'apparecchiatura proposta (descrizione, marca, modello, codici, prezzo unitario, aliquota IVA etc.)

Il prezzo offerto si intenderà comprensivo dell'intera apparecchiatura nella configurazione richiesta, nonché di tutte le spese, imballo, trasporto, consegna, installazione, montaggio, collaudo e servizio di manutenzione ed assistenza tecnica, ad eccezione della sola IVA che, come per legge resta a carico di questa ASP.

AGGIUDICAZIONE – RISERVE

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 del D.lgs 36/2023, previa acquisizione di parere tecnico di conformità delle offerte presentate a cura del Responsabile dell'U.O. Richiedente.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza d'una sola offerta valida.

L'A.S.P. di Vibo Valentia si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione nonché di sospendere e/o revocare la procedura di gara in qualsiasi fase essa si trovi, qualora dovessero mutare le esigenze aziendali o dovessero intervenire specifiche disposizioni regionali in materia

di approvvigionamenti e/o dovessero intervenire direttive o nulla osta negativi da parte di Organi superiori in merito alla fornitura di cui trattasi.

L'ASP si riserva altresì di richiedere alla ditta aggiudicataria eventuale ulteriore documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di Legge.

PAGAMENTO – PENALI

Il pagamento sarà effettuato, dopo regolare verifica/collaudato entro i termini previsti dalla normativa in materia, decorrenti dalla data di presentazione di fattura (*CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFZONQ*)

La liquidazione della fattura potrà essere sospesa nel caso di contestazioni o reclami da parte dell'A.S.P. In tal caso si interrompe la decorrenza del termine di legge e la liquidazione sarà disposta successivamente alla intervenuta positiva definizione della contestazione.

E' prevista inoltre l'esibizione a cura della Ditta, di bolla di consegna controfirmata e relativo collaudo, senza i quali non si potrà procedere alla liquidazione.

La consegna della fornitura deve avvenire **TASSATIVAMENTE entro 7 giorni** dall'emissione dell'ordinativo, previa esclusione con relativa aggiudicazione al secondo classificato.

Nel caso di ritardata e/o mancata consegna, oltre ad una penale giornaliera di cui all'art. 126 - del D.Lgs 36/2023, si procederà con esecuzione in danno. In caso di non rispetto del programma manutentivo FULL RISK al fornitore saranno applicate le penali previste dalla normativa vigente.

DATI PERSONALI – TRACCIABILITA'

La ditta con la presentazione dell'offerta consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge per le esigenze concorsuali.

La ditta con la sottoscrizione del capitolato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136\2010 e s.m.i.

RINVII

Per quanto non espressamente previsto si rinvia al D.Lgs n° 36/2023 e s.m.i in tema di contratti pubblici relativi a lavori, forniture e servizi, al Codice Civile e a tutta la restante normativa emanata dalla Stato e dalla Regione Calabria in materia di contabilità, contratti, rapporti di lavoro, previdenza e assicurazioni.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D.lgs 36/2023, il responsabile del procedimento è il dott. Danilo Ciancio, Dirigente Amministrativo dell'U.O. Provveditorato Economato e Gestione Logistica.

Il presente documento dovrà essere sottoscritto digitalmente per accettazione dalla ditta concorrente, pena l'esclusione.