

**OGGETTO: Procedura negoziata senza pubblicazione del bando ex art. 50 D.lgs 36/2023, tramite piattaforma Mepa per la fornitura di n. 4 Elettrocardiografi con carrello.**

## **CONDIZIONI DI FORNITURA**

Questa A.S.P. intende procedere, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 36/2023, alla fornitura di n. 4 Elettrocardiografi con carrello, aventi i seguenti **requisiti minimi**:

- Apparecchio con acquisizione contemporanea delle 12 derivazioni standard del segnale ECG a riposo;
- Dotato di display a colori integrato (indicativamente non inferiore a 7 pollici – preferibilmente touch screen) per la visualizzazione contemporanea di 12 derivazioni
- Capacità di funzionamento in modalità automatica e manuale, con possibilità di scelta del formato di presentazione;
- Dotato di tastiera alfanumerica completa (reale e/o virtuale);
- Dotato di stampante termica integrata a velocità variabile, per la stampa dell'ECG su formato A4, con possibilità di selezione del formato di stampa e della velocità di scorrimento carta;
- Software di analisi del tratto ST e di rilevazione delle aritmie;
- Sistema di identificazione pacemaker;
- Dotato di filtri digitali almeno del tipo per interferenze di rete e tremori muscolari;
- Dotato di protezione contro gli eventi di scarica di un defibrillatore;
- In grado di esportare ECG in formato XML e/o DICOM;
- Memoria in grado di archiviare almeno 50 tracciati completi;
- Software di gestione in lingua italiana, che permetta l'inserimento dei dati identificativi dei pazienti e la gestione dell'archivio;
- Dotato di interfaccia di collegamento di un supporto di memoria digitale esterno per il salvataggio e l'esportazione dei dati registrati in formato di uso comune;
- Funzionamento a rete elettrica e a batteria interna ricaricabile con autonomia di almeno 60 min senza alimentazione elettrica da rete;
- Completo di carrello trasportatore ergonomico, dotato di braccio reggi-cavo e specifici vani (ripiani/cassetti/cestelli) porta-accessori e di maniglie incorporate (o altri dispositivi) per la comoda movimentazione posizionamento e trasporto intraospedaliero;
- Interfaccia utente per l'inserimento dei dati e comandi per l'esecuzione dell'esame caratterizzata da semplice e intuitiva selezione di funzioni ed impostazioni e gestione dei menù;
- Materiali e superfici di facile pulizia e disinfezione, resistenti agli urti, con adeguato grado di protezione alla penetrazione dei liquidi;
- Parti oggetto di manutenzione periodica e pulizia facilmente accessibili;

- Completo di ogni accessorio necessario per il normale e corretto utilizzo (almeno cavo paziente a 10 terminazioni, elettrodi tipo “red-dot”, carta per stampante, cavo di alimentazione elettrica);
- Peso e massime dimensioni di ingombro ridotte;
- Marcatura CE ai sensi della direttiva 93/42/CE e successivi emendamenti, con indicato l’eventuale numero identificativo dell’organismo certificato che l’ha rilasciata.

*QUALORA LA DESCRIZIONE DELL’ATTREZZATURA DOVESSE INDIVIDUARE UNA FABBRICAZIONE O PROVENIENZA DETERMINATA O UN PROCEDIMENTO PARTICOLARE, UN MARCHIO O BREVETTO DETERMINATO, UN TIPO O ORIGINE O UNA PRODUZIONE SPECIFICA CHE AVREBBERO COME EFFETTO QUELLO DI FAVORIRE O ELIMINARE TALUNE IMPRESE O PRODOTTI, DETTA INDICAZIONE DEVE INTENDERSI INTEGRATA CON LA MENZIONE “O EQUIVALENTE”.*

*PERTANTO LA SOCIETA’ CONCORRENTE POTRA’ PRESENTARE UN BENE ANCHE NON CONFORME ALLE SPECIFICHE RIPORTATE PURCHE’ FUNZIONALMENTE EQUIVALENTE DAL PUNTO DI VISTA DELL’IMPEGO ED E’ OBBLIGATA A SEGNALARLO CON SEPARATA DICHIARAZIONE DA ALLEGARE ALLE RELATIVE SCHEDE TECNICHE. IN TAL CASO L’IMPRESA CONCORRENTE DOVRA’ PROVARE CON QUALSIASI MEZZO APPROPRIATO CHE LE SOLUZIONI PROPOSTE OTTEPERANO IN MANIERA EQUIVALENTE AI REQUISITI DEFINITI NELLE SPECIFICHE TECNICHE.*

*LA DOCUMENTAZIONE TECNICA CON RELATIVA CERTIFICAZIONE CE DOVRA’ NECESSARIAMENTE ESSERE IN LINGUA ITALIANA ED IN ORIGINALE DELLA SOCIETA’ PRODUTTRICE.*

### **CONDIZIONI PARTICOLARI**

#### **GARANZIA – MANUTENZIONE E ASSISTENZA**

L’apparecchiatura offerta e i dispositivi accessori devono essere garantiti per almeno 24 mesi a partire dalla data del collaudo positivo, per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all’uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), per buon funzionamento (art. 1512 c.c.).

Durante tale periodo il Fornitore assicura, gratuitamente, mediante propri tecnici specializzati il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento del prodotto fornito, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, in caso di cattivo o mancato funzionamento, la sostituzione dell’apparecchiatura, senza bisogno di provare il vizio o difetto di qualità.

Il Fornitore sarà esonerato da ogni responsabilità solo nel caso in cui dimostri che la mancanza di buon funzionamento sia imputabile all’Azienda.

Il Fornitore, per i primi 24 mesi, a partire dalla data del collaudo positivo dovrà fornire i servizi di assistenza e manutenzione full risk sull'apparecchiatura e i dispositivi accessori ordinati. Il costo dei servizi di assistenza e manutenzione full risk per il primo periodo di 24 mesi, è incluso nel prezzo di acquisto delle apparecchiature e dei dispositivi accessori.

Sono comprese nel servizio la riparazione e la sostituzione dell'apparecchiatura in tutte le sue componenti comprensiva degli accessori, dei materiali di consumo soggetti ad usura con la sola esclusione del materiale di consumo necessario all'ordinario utilizzo (materiale monouso).

Il Fornitore dovrà garantire quindi:

- la sostituzione di qualsiasi parte necessaria a mantenere in perfetta efficienza l'apparecchiatura e i dispositivi accessori, garantendo un servizio tecnico di assistenza e manutenzione per i difetti di costruzione e per i guasti dovuti all'utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo;
- il medesimo livello qualitativo dell'apparecchiatura, come accertato all'atto del collaudo; in caso di decadimento delle prestazioni di uno o più componenti, esplicitato dall'utilizzatore, non risolvibile con normali interventi di manutenzione, il Fornitore provvederà a sostituire tali componenti con attrezzature nuove identiche o migliori rispetto alla fornitura originale.

Resta inteso che per qualsiasi congegno, parte o elemento meccanico, elettrico e elettronico che presenti rotture o logorii o che comunque diminuisca il rendimento dell'apparecchiatura, il Fornitore dovrà eseguire le dovute riparazioni e/o sostituzioni con materiali di ricambio originali e nuovi di fabbrica e di caratteristiche tecniche identiche o superiori a quelli sostituiti.

Le parti sostituite verranno ritirate dal Fornitore che ne assicurerà il trattamento in conformità alle norme vigenti, senza alcun onere aggiuntivo per il Committente.

Tale manutenzione sarà effettuata nel rispetto delle modalità, frequenza e condizioni stabilite nel manuale relativo all'apparecchiatura e ai dispositivi accessori. Inoltre gli interventi di assistenza e manutenzione full risk dovranno essere concordati dal Fornitore con il personale sanitario utilizzatore dell'attrezzatura.

### **FORNITURA PARTI DI RICAMBIO**

*Tutte le parti di ricambio dovranno essere originali. Il Fornitore deve garantire all'Azienda la loro reperibilità e fornitura per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data di accettazione della fornitura.*

**Per quanto non espressamente previsto dalle suddette condizioni si rimanda alla normativa vigente in materia.**

## DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

- 1) Copia del presente documento sottoscritto digitalmente per accettazione;
- 2) Domanda e modello semplificato per le dichiarazioni per la partecipazione, a firma del legale rappresentante, redatta come da facsimile allegato (*è preferibile utilizzare il **modello allegato***);
- 3) Dichiarazione che i prezzi offerti rientrano nella media delle quotazioni praticate da codesta ditta a livello nazionale/regionale per aziende di pari dimensioni;
- 4) **Deplianti illustrativi e schede tecniche dell'apparecchiatura offerta** (*Tale documentazione dovrà essere sufficiente a consentire la valutazione tecnica di conformità dell'apparecchiatura offerta*).
- 5) Offerta Economica con quotazioni, necessaria a consentire una rapida individuazione dell'apparecchiatura proposta (descrizione, marca, modello, codici, prezzo unitario, aliquota IVA etc.)

**Il prezzo offerto si intenderà comprensivo dell'intera apparecchiatura nella configurazione richiesta, nonché di tutte le spese, imballo, trasporto, consegna, installazione, montaggio, collaudo e servizio di manutenzione ed assistenza tecnica, ad eccezione della sola IVA che, come per legge resta a carico di questa ASP.**

## AGGIUDICAZIONE – RISERVE

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 del D.lgs 36/2023, previa acquisizione di parere tecnico di conformità delle offerte presentate a cura del Responsabile dell'U.O. Richiedente.

*Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza d'una sola offerta valida.*

L'A.S.P. di Vibo Valentia si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione nonché di sospendere e/o revocare la procedura di gara in qualsiasi fase essa si trovi, qualora dovessero mutare le esigenze aziendali o dovessero intervenire specifiche disposizioni regionali in materia di approvvigionamenti e/o dovessero intervenire direttive o nulla osta negativi da parte di Organi superiori in merito alla fornitura di cui trattasi.

L'ASP si riserva altresì di richiedere alla ditta aggiudicataria eventuale ulteriore documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di Legge.

## PAGAMENTO – PENALI

Il pagamento sarà effettuato, dopo regolare verifica/collaudo entro i termini previsti dalla normativa in materia, decorrenti dalla data di presentazione di fattura (**CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFZONQ**)

La liquidazione della fattura potrà essere sospesa nel caso di contestazioni o reclami da parte dell'A.S.P. In tal caso si interrompe la decorrenza del termine di legge e la liquidazione sarà disposta successivamente alla intervenuta positiva definizione della contestazione.

E' prevista inoltre l'esibizione a cura della Ditta, di bolla di consegna controfirmata e relativo collaudo, senza i quali non si potrà procedere alla liquidazione.

La consegna deve avvenire **entro 15 giorni** dall'emissione dell'ordinativo.

Nel caso di ritardata e/o mancata consegna, oltre ad una penale giornaliera di cui all'art. 126 - del D.Lgs 36/2023, si procederà con esecuzione in danno. In caso di non rispetto del programma manutentivo FULL RISK al fornitore saranno applicate le penali previste dalla normativa vigente.

### **DATI PERSONALI – TRACCIABILITA'**

La ditta con la presentazione dell'offerta consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge per le esigenze concorsuali.

La ditta con la sottoscrizione del capitolato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136\2010 e s.m.i.

### **RINVII**

Per quanto non espressamente previsto si rinvia al D.Lgs n° 36/2023 e smi in tema di contratti pubblici relativi a lavori, forniture e servizi, al Codice Civile e a tutta la restante normativa emanata dalla Stato e dalla Regione Calabria in materia di contabilità, contratti, rapporti di lavoro, previdenza e assicurazioni.

### **RUP**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D.lgs 36/2023, il RUP è il dott. Andrea Petta, Dirigente Amministrativo dell'U.O. Provveditorato Economato e Gestione Logistica.

**Il presente documento dovrà essere sottoscritto digitalmente per accettazione dalla ditta concorrente, pena l'esclusione.**