

Relativamente alle richieste di chiarimenti pervenute si comunica quanto segue:

1. Alla prima voce richiesta vengono indicati speculum vaginale senza misura e modello, nella stessa procedura vengono richiesti speculum vaginale nelle tre misure standard senza indicare la tipologia. Si fa presente che i prezzi variano a seconda del modello richiesto pregasi specificare se a vite laterale, oppure perno centrale oppure a scatto. La prima voce è da intendersi come refuso oppure trattasi di altro tipo di speculum di cui è necessario indicare le caratteristiche per poter effettuare offerta rispondente.

Per mero errore non era stata indicata la misura alla prima voce. Si fa presente che il file Excel è stato corretto, aumentando la voce "speculum misura media" a n. 8000 e che pertanto è necessario scaricare il nuovo file.

2. E' possibile presentare offerta per alcuni dei prodotti oppure è obbligatorio presentare offerta per tutti? La richiesta è per garantire la più ampia partecipazione deli O.E.  
La procedura di gara è a lotto unico, pertanto non è possibile presentare offerta solo per alcuni dei prodotti richiesti.
3. Chiediamo che tipologia di rasoi siano richiesti. Attualmente non esistono rasoi monouso per tricotomia sterili. Esiste un codice prodotto già da voi in uso? Nel caso si prega di indicarlo oppure, si chiede di poter offrire rasoi per tricotomia non sterili.

Relativamente alla vs richiesta di chiarimenti si comunica che, secondo quanto trasmesso dal sanitario richiedente, i rasoi monouso per tricotomia devono essere sterili e imbustati in confezione singola.

4. Chiedo con la presente se la consegna sarà in unica soluzione o frazionata. Se frazionata in quanti ordini sarà suddivisa?

Si fa presente che la modalità di fornitura prevista è in somministrazione continua, mediante ordinativi che saranno inoltrati secondo le effettive necessità della Struttura richiedente.

Il Rup