

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DITTA AB MEDICA	
PUNTEGGIO QUALITA' TOTALE	70
GENERATORE	20
<u>Pressione Focale:</u>	Max 4
> 90 Mpa	
> Da 91 a 110 Mps	
> Da 111 a 120 Mpa	3
> Oltre ISO NIPa	
<u>Livelli di regolazione pressione focale:</u>	Max 4
> 5 livelli totali	
> Da 6 a 15 Livelli	
> Da 16 a 30 livelli	
> Oltre 30 livelli	4
<u>Livelli regolazione frequenza:</u>	Max 4
> 5 livelli totali	
> da 6 a 10 livelli totali	
> Oltre 10 livelli totali	2
> 3 livelli nel range da 1 Hz a 2 Hz	
> Oltre 3 livelli nel range da 1 Hz a 2 Hz	2
<u>Profondità focale:</u>	Max 2
> 165 mm	
> Da 166 mm ed oltre	2
<u>Estensione Focale Z alla max potenza- 6 db:</u>	Max 2
> Fino a 20 mm	
> Da 21 a 40 mm	2
<u>Mobilità motorizzata radiale del generatore:</u>	Max 4
> 40 °	
> Da 41 ° a 45 °	
> Da 46 ° ed oltre	4
<u>SISTEMA PUNTAMENTO ECOGRAFICO</u>	18
<u>Modalità di puntamento e mobilità della sonda:</u>	Max 8
> Sonda in linea	
> Sonda fuori linea su supporto esterno	
> Sonda fuori libera	8
Possibilità e modalità selezione finestra acustica	4
Qualità delle immagini ed assenza interfacce	2
Posizionamento automatico paziente attivabile dal puntamento ecografico	4
<u>SISTEMA PUNTAMENTO RADIOLOGICO</u>	16
<u>Potenza Generatore RX</u>	Max 4
> 5 KW	
> Da 5,1 KW a 10 KW	
> Superiore a 10 KW	4
<u>Movimenti motorizzati arco a "C"</u>	Max 3

>Isocentrismo Cranio Caudale	
>Isocentrismo Cranio Caudale ed Orbitale	3
<u>Sicurezza trattamento per basso dosaggio radiazioni:</u>	Max 3
> Scarsa	
> Sufficiente	
> Media	
> Alta	3
<u>Velocità, facilità, e precisione:</u>	Max 3
> Scarso	
> Sufficiente	
> Medio	
> Alto	3
<u>Automatismo posizionamento paziente attivato dal puntamento radiologico</u>	Max 3
> Scarso	
> Sufficiente	
> Medio	
> Alto	3
<u>FUNZIONALITA' ED ERGONOMIA DEL SISTEMA</u>	16
<u>Livello automazione del sistema e confort del paziente</u>	Max 4
> Scarso	
> Sufficiente	
> Medio	
> Alto	4
<u>Facilità d'uso e velocità operativa</u>	Max 4
> Scarso	
> Sufficiente	
> Medio	
> Alto	4
<u>Intercambiabilità ed integrazione sistemi di puntamento:</u>	Max 6
> Scarsa	
> Sufficiente	
> Media	
> Alta	6
<u>Operatività del tavolo per endourologia:</u>	Max 2
> Scarsa	
> Sufficiente	
> Buona	2
<u>Punteggio Totale AB Medica</u>	Punti 69