

Relativamente alle richieste di chiarimenti pervenute si comunica quanto segue:

QUESITO N. 1 - Richiesta di Chiarimenti -

1. Si chiede conferma che l'aggiudicazione avverrà per singolo lotto e che la procedura comprende sette lotti (uno per ogni sede)
2. Nei seguenti articoli del disciplinare di gara (da pag.61 del Disciplinare a pag.78) appaiono criteri di valutazione IDENTICI relativi al punto B1: B3, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B26, B27; questa circostanza riteniamo non possa che essere un refuso, visto che nei criteri compaiono ad esempio: *Caratteristiche stampante, Capacità di memoria, Sistemi di riconoscimento automatico e memorizzazione degli eventi aritmici* che non sono certo applicabili a otoscopi, POCT, autoclavi, termosigillatrici, ecografi, bacinella, pompe infusionali ecc. Si richiede quindi la pubblicazione dei corretti criteri di valutazione per i punti sopra citati
3. Si chiede conferma che non è possibile superare la base d'asta dell'INTERO lotto e non del singolo importo indicato per ogni tipologia di attrezzature, come, tra l'altro, chiaramente riportato a pag. 44 Art. 17 del disciplinare di gara;
4. Si chiede di chiarire le corrette modalità di possibile effettuazione del sopralluogo da remoto previsto all'Art. 11 pag 28 e di compilazione dell'attestato di eventuale avvenuto sopralluogo;
5. Si chiede inoltre di precisare la data esatta entro la quale il sopralluogo, che sia in presenza o da remoto, andrà eseguito visto che nel medesimo Art. 11 a pag. 29 del disciplinare di gara vengono previste due scadenze differenti ovvero: tre gg prima della scadenza dei chiarimenti (16.09.25), ma contestualmente anche tre gg prima della scadenza della procedura stessa (26.09.25)
6. Vista la grande complessità della procedura siamo a chiedere, anche alla luce dei possibili chiarimenti che pubblicherete, una congrua proroga dei termini di scadenza della gara.

RISPOSTA:

1. Si conferma che l'aggiudicazione avverrà per singolo lotto. I lotti sono 7 (sette).
2. Per un refuso sono stati inseriti dati errati. Di seguito si allegano le tabelle di valutazione corretti. Verrà allegato in comunicazioni un file "criteri di aggiudicazione"
3. Si conferma che non è possibile superare l'importo a base d'asta dell'intero lotto. L'offerta economica è basata sull'importo del lotto. In fase di valutazione sarà esaminato il ribasso offerto.
4. Il sopralluogo non può essere effettuato da remoto.
5. Il sopralluogo può essere eseguito entro 3 tre gg prima della scadenza della procedura stessa. Entro e non oltre il 23 settembre entro le ore 18:00.
6. Il termine della gara è prevista giorno 26 Settembre 2025 alle ore 23:00

QUESITO N. 2 - Richiesta scorporo lotti - si richiede lo scorporo dei lotti concernente la categoria "Apparecchiature Elettromedicali". Come previsto dall'art. 58 D.Lgs 36/2023 del Nuovo Codice Appalti, la suddivisione dei lotti favorisce la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, promuove la concorrenza e migliora la qualità delle offerte, pertanto si richiede la stessa.

RISPOSTA:

Come previsto dall'art. 58 del D.Lgs 36/2023 la gara è stata suddivisa in 7 (sette) Lotti funzionali prestazionali e quantitativi al fine di garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese

QUESITO N. 3 - Richiesta di Chiarimenti Gara N° 5576550 - si chiedono i seguenti chiarimenti:

In riferimento alle descrizioni delle apparecchiature elettromedicali di cui al codice B.29 “MONITOR MULTIPARAMETRICO” nelle quantità indicate in tabella vengono richiesti n°2 dispositivi in totale, ma all’interno delle descrizioni si richiedono “*Display touch screen a colori di cui 8 (otto) con diagonale da almeno 19” (intensiva) e 2 (due) con diagonale da minimo 15” a massimo 17” (subintensiva) ad alta risoluzione con ampio angolo di vista laterale*”, pertanto si chiede di chiarire quanti monitor sono richiesti in totale ed eventualmente confermare se la base d’asta rimane quella indicata.

RISPOSTA:

I numeri di “MONITOR MULTIPARAMETRICO” sono 2 (due). Uno per il lotto per il lotto 6 e uno per il lotto 7. Per quanto concerne le caratteristiche sta all’O.E. offrire un monitor ad alta risoluzione con ampio angolo di vista laterale, con Display touch screen a colori.

QUESITO N.4 - Lotti 6 e 7 - in riferimento al codice identificativo B.27, si chiede gentilmente di precisare se il "nutrizionamento artificiale" sia inteso come enterale o parenterale.

RISPOSTA:

Le pompe per infusione somministratrice farmaci/nutrizionamento artificiale devono essere di tipo enterale

QUESITO N. 5 - CHIARIMENTO SU ARTICOLI EDICETTATRICE – si chiede cosa intendete per stazioni installabili 3 e cosa dovete etichettare. Inoltre ci serve sapere la misura delle bottiglie e se avete un nastro trasportatore.

RISPOSTA:

Trattasi di refuso. Le etichettatrici servono per la stampa di etichette per i reparti, braccialetti, per provini ecc....

L’ASSISTENTE TECNICO
ARCH. FABRIZIO BRUNO MAIOLO